

Projeto: Avaliação da eficácia do grau de compressão de meias elásticas de compressão graduada na insuficiência venosa crônica por meio da pletismografia a ar.

Utilizando-se a pletismografia a ar, método não-invasivo sabidamente eficaz na avaliação da gravidade do grau de IVC, pretende-se comparar os parâmetros hemodinâmicos venosos de pacientes portadores de IVC classificados como CEAP 2 e 3 (os de maior prevalência) em três momentos diferentes: sem uso de meias elásticas, com meias elásticas de 20-30 e de 30-40 mmHg. Objetiva-se verificar a eficácia destes diferentes graus de compressão de meias elásticas de compressão graduada no alívio da estase venosa dos membros inferiores e, conseqüentemente, da sintomatologia destes pacientes e, assim, auxiliar os profissionais da área da saúde na prescrição do melhor grau de compressão destas meias.